

I. FORMULÁŘ KE SCHVÁLENÍ ÚHRADY STEHENNÍ PROTÉZY – SYSTÉM BIONICKÝ KOLENNÍ KLOUB

Řádně vyplněný formulář je nezbytným předpokladem k posouzení žádosti o úhradu revizním lékařem VZP ČR.

Systém lze uhradit pouze u stupňů aktivity 3 a 4, viz metodika Číselníku VZP u podskupiny 05 - ortopedické protetické pomůcky individuálně zhotovované.

Protézu DK se systémem bionického kolenního kloubu předepisuje lékař odbornosti ortopedický protetik (OP), ortoped (ORT) a rehabilitační (REH), vyjadřuje se rovněž psycholog, její úhrada podléhá **schválení revizním lékařem VZP ČR**. Žádost musí obsahovat **předběžnou kalkulaci** (proformafakturu) vypracovanou dodavatelem.

Předepsat lze systém:

kolenní kloub C-Leg 4 kód 0136233 výrobce Otto Bock
kolenní kloub Rheo Knee kód 0093322 výrobce Össur Academy

Jedná se pouze o protézy DK pro vysokou amputaci – speciální vybavení.

Indikace, při kterých je možné úhradu vybavení schválit:

- 1. Exartikulace v kyčelním kloubu (dosažený stupeň aktivity* 3-4)**
- 2. Stehenní amputace s dosaženým stupněm aktivity* 3. stupně a předpokladem dosažené aktivity 4. stupně a zároveň splnění aspoň jedné z následujících podmínek:**
 - a. postižení HK – amputace, postižení neurologické znemožňující úchop a využití berlí**
 - b. amputace kontralaterální končetiny v bérci až Chopartově kloubu**
 - c. motorické postižení pahýlu prakticky znemožňující stabilní stojnou fázi**

Podmínkou je vždy minimálně dvoudenní vyzkoušení pomůcky a doložené stanovisko ortopedického protetika.

* Dosažený stupeň aktivity znamená, že uživatel má schopnost používat protézu v rozsahu uvedeném v Metodice, Číselníku VZP - ZP.

Kontraindikace, při kterých nelze plnou úhradu vybavení schválit:

- 1. Stupeň aktivity 0, 1, 2 - viz metodika platného Číselníku VZP ČR.**
- 2. Duševní stav pojištěnce neumožňuje správnou manipulaci se systémem bionického kolenního kloubu.**
- 3. Věk do 18 let**
- 4. Dosud neprotézovaný (dosud nezatěžovaný nebo nezhojený pahýl)**
- 5. Oboustranná stehenní amputace v koleni a výše**
- 6. Hmotnost pojištěnce pro kolenní kloub C- Leg 4 136 kg a více, Rheo Knee 125 kg a více**
- 7. Předpoklad reoperací pahýlu (např. angiopatie, cévní malformace, apod.)**
- 8. Celkový zdravotní stav neumožňující celodenní užívání protézy**
- 9. Používání invalidního vozíku uhrazeného ze zdravotního pojištění**

Vyplní pojištěnec:

Jméno..... Příjmení.....

Rodné číslo.....

Trvalé bydliště: Obec..... PSČ.....

Ulice, číslo domu..... Telefon.....

Pojištěnec tímto prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že rozšířená záruka za jakost ve smyslu § 2113 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník poskytovaná na kolenní kloub C-Leg® 4 se nevztahuje na ostatní funkční části protézy a souhlasí s případnou úhradou doplatků za opravu těchto částí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato doplatková povinnost vznikne zejména v případě oprav komponentů, u kterých nebude uznána záruční oprava nebo oprava dle práva z vadného plnění ve smyslu § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dále v případech, kdy bude oprava prováděna po uplynutí záruční lhůty či uplynutí doby pro uplatnění práv z vadného plnění ve smyslu § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Pojištěnec rovněž tímto potvrzuje, že byl seznámen se záručními lhůtami či s dobami pro možnost k uplatnění práv z vady věci v případě jednotlivých komponentů použitých pro stavbu příslušné protézy.

Vyšetření OP resp. ORT:

Hmotnost pacienta (kg):

Výška pacienta (cm)

Dle vyšetření OP resp. ORT systém bionického kolenního kloubu indikován: **ano - ne**

Datum.....Jméno, příjmení.....Podpis, razítko.....

Vyšetření REH:

Je zaměřeno na schopnost pojištěnce bezpečně a účinně zvládnout při rehabilitaci používání systému bionického kolenního kloubu.

Dle vyšetření REH je systém bionického kolenního kloubu indikován: **ano - ne**

Datum.....Jméno, příjmení.....Podpis, razítko.....

Navržený systém: kód..... výrobce:

Vyšetření psychologem:

Je zaměřeno na somatickou a mentální schopnost pojištěnce používat systém bionického kolenního kloubu včetně adaptability zvládat zácvik nového pohybového stereotypu.

Dle vyšetření psychologem je systém bionického kolenního kloubu indikován: **ano - ne**

Datum.....Jméno, příjmení.....Podpis, razítko.....